

南通市疾病预防控制中心因工作需要，实验室日常需采购高纯氦气及高纯氩气，按相关要求，拟用询价方式组织采购。现通知如下：

一、项目基本情况

- 1.项目名称：南通市疾病预防控制中心实验室高纯氦气及高纯氩气询价采购项目（二次）；
- 2.采购方式：网上询价；
- 3.项目内容及采购需求：高纯氩气 最高限价430元/瓶
高纯氦气 最高限价2500元/瓶

详见本公告附件。按实际使用数量结算。

二、询价响应文件递交要求

- 1.供应商须提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件并加盖公章。
- 2.投标文件的封面必须注明单位名称、投标项目、投标人及联系方式；
- 3.报价表需提供纸质文件，统一置于目录后第一页，投标书密封完整并在封口处加盖公章；
- 4.标书不按规定要求制作视同无效投标；
- 5.本项目最高限价：项目预算为最高限价，超出最高限价报价无效。

三、评标说明：符合招标参数需求且报价最低的供应商为本项目成交供应商。若最低价相同，则采取现场二次报价方式确定成交供应商。高纯氩气及高纯氦气分别按单价计算。

四、响应文件提交时间和地点

- 1.响应文件接收截止时间：2025年5月30 日 10时00分（北京时间）；
- 2.响应文件递交地址：南通市疾病预防控制中心 513 室（工农南路189号），可选择快递或直接送达。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：南通市疾病预防控制中心；
地址：南通市崇川区工农南路189号；
联系人：张李李；
联系电话：18015238167。

南通市疾病预防控制中心

附件

参数要求：

1. 气体纯度要求：

高纯氦气纯度 $\geq 99.9995\%$ 或者更高；
高纯氩气纯度 $\geq 99.9995\%$ 或者更高。

2. 钢瓶容量和规格要求：

氦气钢瓶容量为40L，瓶内气体压力不小于13.5MPa；
氩气钢瓶容量为40L，瓶内气体压力不小于12.5MPa。

3. 钢瓶材料与标识要求：

钢瓶由高强度钢或铝合金制成，保证安全性和耐用性；瓶身有明确的标识，包括气体名称、纯度、钢瓶容量、工作压力、生产日期、检验日期等信息。

4. 运输和存储要求：

钢瓶在运输和存储时需直立放置，并使用固定装置防止倾倒；运输时应遵守相关法规，确保安全；所有钢瓶需送至实验室存储间或者安装至使用设备上。

5. 其他要求：

钢瓶需要定期检验，确保其安全性。