

有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目招标公告
(招标编号: XM-202504-0065)

项目所在地区: 江苏省泰州市高港区

一、招标条件

本有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为, 招标人为扬子江药业集团有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 质量控制部现有20台尘埃粒子计数器, 其中A110有5台, Lasair III 5100有7台, MetOne3400/3413/3445有8台。现需要对上述设备进行维护服务。要求如下: 1. 维护服务周期为一年, 送出维护台数总计不超过20台。乙方需根据甲方提供仪器数量进行维保; 2. 对维护仪器提供ISO21501校正服务(流量), 同时更新内部校准日期, 并出具合格证书; 3. 对维护仪器进行维护保养, 包含外部按键功能测试、仪器功能测试、供电检查、电池充放电检查、流量测试(标准: 要求的 $\pm 5\%$)、过滤器检查等以及其他故障说明, 并出具维保报告。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目

三、投标人资格要求

有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目:

投标单位必须具有独立的法人资格, 注册资金不低于100万人民币。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-09-22 00:00到2025-09-29 17:30

获取方式: 报名途径: 邮件形式报名 报名邮箱: zbswc@yangzijiang.com 投标单位必须通过报名邮箱进行报名, 报名邮件中须注明获取招标信息的途径并写明具体网址, 报名结果以邮箱投递为准, 最终解释权归招标单位所有。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025-09-29 17:30

递交方式: 邮件形式报名

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-09-30 00:00

开标地点: 开标时间、地点以正式通知为准

七、其他

质量控制部现有20台尘埃粒子计数器，其中A110有5台，Lasair III 5100有7台，MetOne3400/3413/3445有8台。现需要对上述设备进行维护服务。要求如下：

1. 维护服务周期为一年，送出维护台数总计不超过20台。乙方需根据甲方提供仪器数量

进行维保；

2. 对维护仪器提供ISO21501校正服务（流量），同时更新内部校准日期，并出具合格证书；

3. 对维护仪器进行维护保养，包含外部按键功能测试、仪器功能测试、供电检查、电池

充放电检查、流量测试（标准：要求的±5%）、过滤器检查等以及其他故障说明，并出具维保报告。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为法律监察部。

九、联系方式

招 标 人： 扬子江药业集团有限公司

地 址： 泰州市扬子江南路1号

联 系 人： 刘丽

电 话： 18552270257

电 子 邮 件： zbswc@yangzijiang.com

招 标 代 理 机 构： /

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘丽（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

招标公告			
项目名称	有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目	项目编号	XM-202504-0065
招标人名称	扬子江药业集团有限公司		
项目规模	质量控制部现有 20 台尘埃粒子计数器，其中 A110 有 5 台， Lasair III 5100 有 7 台， MetOne3400/3413/3445 有 8 台。现需要对上述设备进行维护服务。要求如下： 1. 维护服务周期为一年，送出维护台数总计不超过 20 台。乙方需根据甲方提供仪器数量进行维保； 2. 对维护仪器提供 ISO21501 校正服务（流量），同时更新内部校准日期，并出具合格证书； 3. 对维护仪器进行维护保养，包含外部按键功能测试、仪器功能测试、供电检查、电池充放电检查、流量测试（标准：要求的±5%）、过滤器检查等以及其他故障说明，并出具维保报告。		
建设地点	扬子江药业集团有限公司园区内	资格审查方式	☒ 资格预审 ☐ 资格后审
公告开始时间	2025/9/22	公告结束时间	2025/9/29
项目具体信息			
编号	项目名称	发包内容	计划工期
1	有限工厂质量控制部关于尘埃粒子计数器维护服务项目	质量控制部现有 20 台尘埃粒子计数器，其中 A110 有 5 台， Lasair III 5100 有 7 台， MetOne3400/3413/3445 有 8 台。现需要对上述设备进行维护服务。要求如下： 1. 维护服务周期为一年，送出维护台数总计不超过 20 台。乙方需根据甲方提供仪器数量进行维保； 2. 对维护仪器提供 ISO21501 校正服务（流量），同时更新内部校准日期，并出具合格证书； 3. 对维护仪器进行维护保养，包含外部按键功能测试、仪器功能测试、供电检查、电池充放电检查、流量测试（标准：要求的±5%）、过滤器检查等以及其他故障说明，并出具维保报告。	1 年
投标人应当具备的主要资格条件			
付款方式	本次项目合同为期一年，合同完成执行后，根据决算总金额 100%的一次性决算款。		

投标人资格要求	投标单位必须具有独立的法人资格，注册资金不低于 100 万人民币。
项目负责人的资格要求	无
对投标人的其他要求	符合招标文件要求
招标文件获取	时间：__/__/__年__/__月__/__日__/__时__/__分之前 地点：江苏省泰州市高港区扬子江南路 1 号（扬子江药业集团项目处）； 费用：__ 0 __元
联系方式	扬子江药业集团 部门：经办部门；联系人：夏杰；电话：13961095331； 部门：招标中心；联系人：刘丽；电话：0523-86978010，18552270257。
报名途径	报名途径：邮件形式报名 报名邮箱：zbswc@yangzijiang.com 投标单位必须通过报名邮箱进行报名，报名邮件中须注明获取招标信息的途径并写明具体网址，报名结果以邮箱投递为准，最终解释权归招标单位所有。
备注	投诉方式： 法律监察部：0523-86976380 招标中心：0523-86978010

项目投标报名表			
投标项目名称			
投标企业名称			
单位地址			
法人代表			
注册资金		实缴资本	
法人授权委托人			
联系电话		联系邮箱	
企业资质 (本项目相关)			
企业业绩			

财务状况	
招标项目信息获取的途径	
报名流程	1. 报名单位根据招标公告要求将投标单位相应营业执照、资质等招标公告要求的资料打包发至公告报名邮箱。 2. 招标人收到投标人报名资料初审合格后，组织人员对相关供应商（新单位）调研。 3. 调研完成后发放招标文件。 4. 本报名表随同投标单位报名资料一起发至招标人邮箱。 5. 招标文件获取以公司通知为准。 6. 附件资料命名方式：XXX 项目（拟投标项目名称）+XXX 公司（投标人名称）。