

江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 2026-2028 年锅炉烟气监测设备维保服务（两年）-公开招标公告（第 2 次）

（招标编号：C202501BA2001770749223）

招标项目所在地区：江苏省徐州市

一、招标条件

本招标项目江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 2026-2028 年锅炉烟气监测设备维保服务（两年）【重新招标】（招标项目编号：C202501BA2001770749223），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为江苏中烟工业有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模：40 万元(人民币)。

招标内容与范围：徐州卷烟厂 2026-2028 年锅炉烟气监测设备维保服务（两年），对两套锅炉排放烟气监测设备（CEMS）进行专业化维护，主要包括监测设备的日常巡检维护、校准、故障处理及应急维修等。具体包括：烟气检测系统设备的日常维护维修；每季度数据比对监测；站房环境日常卫生保持；监控站房的规章制度、自动监控设备的操作规程、仪器量程、重要参数、运维人员等信息现场展示及修订更新；采样频次及数据传输保障；标气提供使用及更换；故障及时响应确保维修的时效性；停产、设备检修、故障维修等将停止或者不能正常运行污染源自动监控设备以及自动监控设备恢复正常运行前后，保持与徐州卷烟厂和上级环保部门密切配合沟通；配合环保部门抽检、检查、问题及时整改等。

本招标项目划分为标段 1 个标段，本次招标为其中的：

001 江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 2026-2028 年锅炉烟气监测设备维保服务（两年）

三、投标人资格要求

本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

- 1、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件复印件）；
- 2、投标人在本次招标项目投标截止日前 3 年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执

照、列入严重违法失信企业名单（黑名单），以国家企业信用信息公示系统的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定，将导致资格审查不合格。

未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人，提供“在本次招标活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单）”的承诺书，承诺书上加盖投标人公章。

3、本项目不接受转包分包。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2025年12月10日09时00分00秒---2025年12月18日17时30分00秒

获取方法：本项目为全流程电子化招投标项目，招标文件获取方式：

1、登录中烟电子采购平台（以下简称“电子采购平台”，下同），已在该平台注册过的可直接登录，未注册的请先注册(电子采购平台注册免费，注册成功后可以及时参与电子采购平台发布的所有项目)。

2、登录后查找并参与本项目，按提示完成购标申请，并点击“立即投标”进入“我要投标”界面，勾选需要参加的标包。

3、勾选对应标包后，点击“立即购标”并选择标书费支付方式。在招标文件获取截止时间前提交支付记录，即可获得下载招标文件的权限。

（注：联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件，未在招标文件获取截止时间前支付费用的，无法获得招标文件，且不具备参与本项目投标的资格。关于平台注册、登录、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操作详见“平台”——帮助中心——投标人操作指南。咨询内容涉及应保密的项目信息的，平台不得泄露）。

4、获取招标文件费用：0元/标包，售后不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年1月6日09时30分00秒

递交方法：

1、投标人应当在投标截止时间前，使用“中烟电子采购平台投标客户端”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子采

购平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以最终提交加密电子投标文件的电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标截止时间前，未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。加密电子投标文件为“电子采购平台”提供的中烟电子采购平台投标客户端制作生成的加密版投标文件。

2、投标人必须在制作电子投标文件之前完成 CA 证书的办理，并使用 CA 证书进行加密后才能投标，否则将无法正常投标。CA 证书具体办理流程参见登录后“平台-我的工作台”中“CA 申请”和“CA 申请帮助”查看，也可拨打“平台”统一服务热线 010-86460206 进行咨询。

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年 1 月 6 日 09 时 30 分 00 秒

开标地点及方式：

1、开标方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录“电子采购平台”远程开标大厅，在线准时参加开标活动。本项目采取集中解密。

2、开标地点：中烟电子采购平台远程开标大厅。

七、其他公告内容

1、服务地点：徐州卷烟厂厂区（徐州市珠江路 88 号）。

2、服务期：服务期限为 2 年，具体起止日期以合同约定为准。维修更换设备的质保期为更换投用后 3 个月（提供的标准气体除外）。

3、投标保证金金额：人民币捌仟元整；以电汇或网银转账从投标人基本存款账户支付至招标文件指定账户，合同签订后 5 日内向中标人和未中标人退还投标保证金。

4、最高投标单价限价：详见下表

维保服务及比对检测						
序号	类型	服务内容/备件名称/现有规格型号	计量单位	两年内预计使用频率	设备数量	最高投标含税单价限价（元）

1	烟气监测设备维保服务	烟气监测设备日常巡检维护、校准、故障处理及应急维修等,详见采购内容及要求(包含人工服务及标准气体提供,不含备件耗材)。	台次	105	2	620.48
2	数据比对监测	每季度一次比对监测,提供监测报告。	台次	8	2	6133.33

二

配件材料清单

序号	类型	备件名称	现有规格型号	计量单位	两年内预计使用频率	设备数量	最高投标含税单价限价(元)	
1	湿氧分析仪	湿氧检测	湿氧分析仪	HMS545-BF	个	1	2	18266.67
2	烟气流速压力温度仪	温压流检测	烟气流速压力温度仪	VPT511NF-BF	个	1	1	14066.67
3	SBF1200 (新版 本-冷干 法)备件 耗材	取样探头	探头内置滤芯	SF12CY	只	1	1	1263.33
4			探头前置滤芯	SF12-S02	只	1	1	3350.00
5			加热探杆	SF12TU	只	1	1	6433.33
6		预处理	蠕动泵	SF12DP	只	1	1	5232.00
7			采样泵	SF12PUM	只	1	1	4581.00
8			微型过滤器	SF12PPG	只	1	1	1593.67
9			阻水过滤器	SF12MST	只	1	1	626.67
10		其他系统	转换炉炉芯(钼)	SF12M19A	只	1	1	5422.67
11			氧电池模块	SF12YQ	只	1	1	2996.67
12			分析仪光源	FA8432-AF68-ZY106	只	1	1	8750.00

13	数采仪	数据传输	数采仪	K37A	个	0.1	1	10000.00
14	SBF800 维修备件耗材	取样单元	温度传感器	SBF800HT/PT1	只	0.1	1	1950.00
15			PT100 热电阻	SBF800HT/PT2	只	0.1	1	626.67
16			压力传感器 0-70mbar	SBF800HT01/P1	只	0.1	1	4433.33
17			压力传感器 0-10mbar	SBF800HT01/P2	只	0.1	1	5786.67
18			加热探杆总成	SBF800HT003	只	0.1	1	23250.00
19			采样嘴	SBF800-ZL	只	0.1	1	5410.00
20			取样四通	SBF800-FS	只	0.01	1	1600.00
21			取样/吹扫三通阀	SBF800-316T01	只	0.01	1	2833.33
22			取样切换电动头	SBF800HT018	只	0.1	1	10300.00
23			取样切换装置-整套	SBF800HT-A1	只	0.1	1	11266.67
24			稀释空气电磁阀	SBF800-021	只	0.01	1	4483.00
25			稀释气加热器	SBF800HT002	只	0.01	1	20000.00
26			拨盘温控器	SBF800-QY-TS-320S	只	0.01	1	270.00
27			散热风扇	SBF800-QY-RF01	只	0.01	1	270.00
28			散热风扇	SBF800-QY-RF01 (RITTAL)	只	0.01	1	2433.33
31			射流取样器	SBF800-QY-VJ01	只	0.01	1	9333.33

32		高温加热丝	SBF800HT004	只	0.1	1	5050.00
33	吹扫稀释单元	射流风机(进口)	SBF800CT21	只	0.01	1	26333.33
34		稀释风机(进口)	SBF800PU01	只	0.01	1	23900.00
35		射流风机H	SBF800CT21H	只	0.01	1	12683.33
36		稀释风机H	SBF800PU01H	只	0.01	1	9666.67
37		射流风机滤芯	SBF800PU003	只	1	1	1183.00
38		稀释风机滤芯	SBF800PU004	只	1	1	1309.67
39		等速调节阀	SBF800/SC-32	只	0.01	1	10250.00
40		射流风机软管 5m	SBF800HT0D35	只	0.01	1	893.33
41		稀释风机软管 5m	SBF800HT0D23	只	0.01	1	883.33
42	控制单元	显示控制单元	SBF800HT02	只	0.01	1	93166.67
43		触摸显示屏	SBF800/FY-V1	只	0.1	1	7813.33
44		逻辑控制模块(单片机版)	SBF800/CN-0.2	只	0.01	1	13466.67
45		逻辑控制模块(单片机版)	SBF800/FY-CN0.3	只	0.1	1	13266.67
46		马达保护器	SBF800/GV07C1.6-2.5A	只	0.01	1	480.00
47		马达保护器	SBF800/GV08C2.5-4A	只	0.01	1	496.67
48		断路器	SBF800/C10A/1P	只	0.01	1	58.33

49		断路器	SBF800/C16A/1P	只	0.01	1	81.67
50		断路器	SBF800/65N-16A/3P	只	0.01	1	203.33
51		24V 开关电源	SBF800/DR-24 10A	只	0.01	1	396.67
52		浪涌保护器	SBF800/20kA 3P+N	只	0.01	1	1620.00
53		导轨式插座	SBF800/3P10A	只	0.01	1	113.33
54		固态继电器	SBF800/240B	只	0.01	1	210.00
55		继电器(含底座)	SBF800/C2-K0X	只	0.01	1	215.00
56		信号隔离装置 1-2	SBF800WZ-03	只	0.01	1	713.33
57		防水接头	M20*1.5	只	0.01	1	18.33
58		防水接头	M25*1.5	只	0.01	1	18.33
59		连接电缆及插头-18芯	SBF800-CA1	只	0.01	1	3633.33
60		插头底座-18芯	SBF800-CA1-M	只	0.01	1	2833.33
61		连接电缆及插头-10芯	SBF800-CA2	只	0.01	1	2684.00
62		插头底座-10芯	SBF800-CA2-M	只	0.01	1	2433.33
63		测量传感器	SBF800MS	只	0.01	1	129600.00
64		前端光学折射镜	SBF800-TG01	只	0.1	1	6458.33
65		前端光学总成	SBF800-T	只	0.01	1	12213.33

66			后端光学透镜	SBF800-TG03	只	0.01	1	5018.33
67			传输光纤	SBF800-GX200	只	0.01	1	9250.00
68			主板/激光板套装	SBF800/PCB no. 2/3T	只	0.1	1	31400.00
69			信号接收板	SBF800/PCB no. 1	只	0.1	1	9470.00
70			电源接口板	SBF800/PCB no. 4	只	0.01	1	8833.33
71			按键面板	SBF800/KeyB	只	0.01	1	2283.33
72		辅件	取样系统安装法兰	SBF800-STL-FL	只	0.1	1	2040.00
73			清洗套装	SBF800-CLE/GT	只	0.01	1	386.67
74			法兰密封垫	SBF800DN/P1	只	1	1	41.67
75			传感器密封垫	SBF800-M3	只	1	1	26.33
76			采样嘴垫片	SBF800-Z3	只	1	1	78.33
77		其他选配件	多点采样嘴	SBF800-SP3	只	0.01	1	9633.33
78			可编程控制器及程序	SBF800/CN-0.1	只	0.01	1	8770.00
79			控制器模块	SBF800/235	只	0.01	1	1943.33
80			无纸记录仪	SBF800PHN01	只	0.01	1	13333.33
81	SBF1200 (新版 本-冷干 法) 备件	取样探头	取样探头	SF12-SP	只	0.1	1	18560.00
82			探头高温电磁阀	SF12-SP2/2way	只	0.01	1	943.33
83	耗材	预处理	19"安装式冷凝器	SF12CL19	只	0.01	1	14833.33

84	其他系统	冷凝器冷凝瓶	SF12PL	只	0.01	1	1500.00
85		预冷凝瓶	SF12FL	只	0.01	1	1453.33
86		蠕动泵管	SF12DP01	只	0.01	1	196.67
87		采样泵膜片	SF12PUM01	只	0.01	1	1580.33
88		过滤器膜片	SF12PLV	只	0.01	1	540.00
89		氮氧转换炉	SF1200	只	0.01	1	10833.33
90		信号隔离器	SF12S1-4	只	0.01	1	1536.67
91		转子流量计	SF12V0.2-2L/min	只	0.01	1	1145.33
92		转子流量计	SF12V0.2-5L/min	只	0.01	1	1183.33
93		旋钮开关	SF12C21	只	0.01	1	126.67
94		两通电磁阀	SF12TV2/2way	只	0.01	1	1933.33
95		三通电磁阀	SF12PV3/2way	只	0.01	1	2920.00

5、开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标代理机构提供3份纸质投标文件。中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

6、被纳入江苏中烟工业有限责任公司黑名单库中的供应商，根据其限制或禁止期限，未退库之前禁止其参加本项目所有采购活动。

7、投标人存在下列不良行为情形之一的，一经查实，直接做否决投标处理并将列入招标人供应商黑名单，2年内（含）禁止其参加招标人后续新的采购项目：

- (1) 有商业贿赂行为的；
- (2) 有围标、串标，或以他人名义投标、提供虚假材料以及其他方式弄虚作假的；

(3) 中标后无正当理由恶意弃标或无不可抗力影响随意弃标，不签订采购合同的；

(4) 在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的；

(5) 违规转包分包的；

(6) 其它违反招投标法律法规的行为。

8、如投标人为招标人在供供应商，因以上情形被列入供应商“黑名单”的，招标人同时将根据影响程度和管理需要，采取警示约谈等方式督促其整改，并有权对其在供合同（协议）采取调低供货份额、缩短服务期限、终止（解除）合同（协议）等措施。

9、本次招标公告同时在中烟电子采购平台、中国招标投标公共服务平台、江苏招标采购公共服务平台、中国采购与招标网、江苏中烟工业有限责任公司外网中的信息公开栏上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂规范管理办公室。

九、联系方式

招标人：江苏中烟工业有限责任公司

地址：江苏省徐州市珠江路 88 号

联系人：高工

电话：0516-85531361-3568

电子邮件：/

招标代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 D 栋 10 楼 1003 室

联系人：潘宇、高精乾、李亚文

电话：025-86632151

电子邮件：1126635228@qq.com